

流式细胞检测生物送样要求

样本类型及样本要求

样本类型	样本要求（细胞、组织、血液样本）
细胞样本	需要培养以及干预处理：需约 1×10^7 细胞，在运输前将培养液充满整个容器，25T细胞瓶常温运输，或者干冰寄送冻存细胞；若需加药处理，须附上详细的干预方案以及按照要求寄送药物。 直接检测：单细胞悬液，密度大概 $1-10 \times 10^6$ cells/ml，需约0.2-0.5 ml的样品。
组织样本	组织样品预处理：新鲜组织置于预冷PBS中，4℃运输，尽可能24小时内送达。
血液样本	抗凝全血：新鲜血液收集后置于抗凝管中，4℃运输，尽可能24小时内送达。至少提供2mL，检测指标多时需加大送样量。
客户提供染色抗体	运输：依据说明书，严禁反复冻融。

样本包装运输注意事项 **重要信息，注意阅读。**

样本寄出前，请联系亿奥邦相关技术人员或给18503867156@163.com 邮箱发送一份填写完整的电子版《亿奥邦流式细胞检测生物样本信息表》；如有特殊情况，请在快递发出前与亿奥邦流式细胞检测技术服务人员电话联系，比如客户自送样本、提前寄送样本、有其它物品随样本一起快递需要额外点收等，以便安排人手，防止丢失。

请将填写完整的纸质版《亿奥邦流式细胞检测生物样本信息表》以及其它技术资料(如有)密封于塑料袋内，随样本一起寄出；合同请另单快递给对应接收人员，不要与样本一起快递，既避免物流分拣环节导致合同遗失，也避免干冰或蓝冰冷凝水可能损坏文件。

样本置于 1.5ml 或其它型号的低吸附离心管里；管上清楚标明样本名称，样本管上的名称要与亿奥邦流式细胞检测生物样本信息表一致，请双人核实无误；用 parafilm 膜把样本管缠紧密封好；将样本管置于保护用的 50ml 离心管或其它容器里，用适量纸、纱布或棉花塞紧，防止样本管晃动，旋紧盖子。

根据样本类型选择室温、蓝冰或者干冰包装，选择最快的运输方式以免样本降解；合理安排发货时间，避免周六、周日或法定节假日到达，以免样本丢失。低温运输采用安全的干冰，不要用危险的液氮；液氮如果渗进样本管，在温度发生变化时因体积膨胀有可能导致爆炸，毁坏样本。

项目结束后，剩余样本免费保存 1 个月；如果需要延长保存期或者返还，请提前与亿奥邦流式细胞检测技术服务人员联系。

